

试剂盒成品检验报告



产品名称：CHO细胞残留DNA检测试剂盒(USP)

产品货号：DFTK-002

规格：50反应/盒

批号：20241008

生产日期：2024年10月08日

有效期：2026年10月07日

取样方式：随机取样

抽样日期：2024年10月09日

检验依据：CHO细胞残留产品技术要求

检测项目	性能指标要求	实测结果
回收率	50%~150%	94%
标准曲线 R^2	≥ 0.980	1.0
斜率	-3.100~-3.600	-3.536
扩增效率	90%~110%	92%
标准曲线最低浓度点 Ct 值	≤ 35	34.6

检测结果：

合格



检验人：李海

复核人：王明

批准人：张磊

日期：2024.10.09

日期：2024.10.09

日期：2024.10.09