

# 试剂盒成品检验报告



产品名称：E.coli细胞残留DNA检测试剂盒(ChP)

产品货号：DFTK-005

规格：50反应/盒

批号：20240918

生产日期：2024年09月18日

有效期：2026年09月17日

取样方式：随机取样

抽样日期：2024年09月18日

检验依据：E.coli细胞残留产品技术要求

检测项目	性能指标要求	实测结果
回收率	50%~150%	93%
标准曲线 R <sup>2</sup>	≥0.980	1.0
斜率	-3.100~-3.600	-3.476
扩增效率	90%~110%	94%
标准曲线最低浓度点 Ct 值	≤35	32.2

检测结果：

合格



检验人：李峰

复核人：闫博迪

批准人：李峰

日期：2024.09.19

日期：2024.09.19

日期：2024.09.19