

试剂盒成品检验报告



产品名称：磁珠法痕量残留核酸提取试剂盒

产品货号：DFTK-001

规格：50反应/盒

批号：20240912

生产日期：2024年09月12日

有效期：2026年09月11日

取样方式：随机取样

抽样日期：2024年09月12日

检测项目	标准	结果
外观	试剂盒的外观整洁无破损标签清晰	外观整洁无破损标签清晰
配件	试剂盒中所规定配件齐全数量正确	配件齐全数量正确
除磁珠试剂瓶外其余试剂状态	瓶内液体澄清透明	澄清透明
磁珠试剂瓶状态	磁珠位固形物可均匀分散呈黄棕色	固形物可均匀分散呈黄棕色
外源污染	阴性对照不得检出结果	未检出
性能指标	QPCR 扩增 ΔCt 与对照组 ± 0.5 内一致	结果一致

检测结果：

合格



检验人：李娟

复核人：王明

批准人：张强

日期：2024.09.29

日期：2024.09.30

日期：2024.09.30